ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2026-11-12-011776-a

Найменування замовника	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИХ КОМАНД ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ "УКРСПОРТЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
Категорія замовника	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03767831
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, буд. 30-Б
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Градомська Людмила Вікторівна, +380932350431,ludmila.gradomska.usz@gmail.com
Вид предмета закупівлі:	товари
Назва предмета закупівлі	Біохімічний аналізатор для забезпечення підготовки та участі національної збірної команди України з хокею з шайбою в міжнародних змаганнях (ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори) (наказ №4490)
Код за Єдиним закупівельним словником	ДК 021:2015: 38430000-8 - Детектори та аналізатори

Лот 1 — Біохімічний аналізатор для забезпечення підготовки та участі національної збірної команди України з хокею з шайбою в міжнародних змаганнях (ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори) (наказ №4490)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Біохімічний аналізатор	ДК 021:2015: 38434500-1 – Біохімічні аналізатори	1 штука	01001, Україна, м. Київ, вул.Еспланадна, буд. 30-Б	до 24 грудня 2026

Умови поставки та здійснення розрахунків:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
підписання	Згідно з умовами Договору,	Одноразова	18	календар	100

договору	проєкт якого наведений у Додатку 6 до тендерної документації: поставка Товару здійснюється відповідно до пункту 3.1. Договору, до 24.12.2026 року включно.	поставка		ні	
поставка товару	Відповідно до умов Договору, проєкт якого наведений в Додатку 6 до тендерної документації: Оплата за товар здійснюється Покупцем у національній грошовій одиниці України шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товару, на підставі видаткових накладних на товар, за умови отримання Покупцем відповідного бюджетного фінансування.	Післяоплата	10	робочі	100

План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування) 58cfdabcbd204d9397da7340037b6f80

Очікувана вартість предмета закупівлі: **166 665,00 UAH**

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 833,33 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 листопада 2026 08:00 AM

Мова тендерної пропозиції: Українська

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 30 листопада 2026 08:00 AM

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: відсутній

Дата та час проведення електронного 1 грудня 2026 03:02 PM

аукціону:

Додаток 4

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Предмет закупівлі: **Біохімічний аналізатор для забезпечення підготовки та участі національної збірної команди України з хокею з шайбою в міжнародних змаганнях (ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори) (наказ №4490)**

№ п/п позиції	**Найменування та опис технічних характеристик, що вимагаються замовником** (у цьому стовпчику зазначено найменування та технічні характеристики товару(ів), що вимагаються замовником)	**Найменування та опис технічних характеристик запропонованого учасником товару (колонка заповнюється учасником із зазначенням конкретного найменування запропонованого товару, його виробника (країни походження), марки (за наявності) та моделі (за наявності), якісних та технічних характеристик (згідно з інформацією виробника)**
1	**Біохімічний аналізатор – кількість 1 шт.** Виробник: MX3 Diagnostics або еквівалент Країна походження товару США/Австралія або еквівалент Електронний пристрій для вимірювання показників під час тренувань ***Характеристики:*** Апаратні характеристики пристрою • Габарити: 214 x 45 x 25 мм (8.4» x 1.8» x 1.0»). • Вага: 160 г (5.6 oz). • Бездротове підключення: Bluetooth 5.1 (підтримує роботу в автономному офлайн-режимі з подальшою синхронізацією). • Автономність: понад 1000 вимірювань на одному повному заряді. • Роз’єм для заряджання: USB-C (у комплекті йде кабель USB-C на USB-A довжиною 1 м). • Калібрування: не потребує ручного калібрування (Zero calibration). Параметри та точність тестування	**Біохімічний аналізатор** *Виробник*_____ *Марка (за наявності)*_____ *Модель(за наявності)*_____ *Країна походження товару*

	• Метод вимірювання: Електрохімічний біосенсорний аналіз. • Біомаркер: Осмолярність слини (SOSM), додатково підтримує тест-смужки для визначення втрати натрію / електролітів із потом. • Об'єм проби: < 1 мкл (мікролітр) слини, яка береться безпосередньо з кінчика язика. • Швидкість аналізу: Результат готовий за кілька секунд (< 1 хвилини від контакту до виведення на екран). ***В комплект входить:*** • Пристрій • Захисний кейс • Диспенсер • Кабель для зарядки USB-C • **1720 одноразових тест-смужок (Hydration Test Strips)**	

_____ _____ _____

посада уповноваженої особи Учасника *підпис та печатка (за наявності)* *Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ*

Відповідно до статті 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» фізкультурно-спортивне спорядження та обладнання - спортивна форма (спеціальний одяг та взуття), спортивні снаряди (апарати), інвентар і апаратура для обладнання спортивних споруд та обслуговування спортивних заходів виготовляються з дотриманням вимог (правил, норм) міжнародних спортивних федерацій.

Враховуючи викладене, якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим, а також після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

«Еквівалент» товару такий товар, що повністю відповідає встановленим технічним вимогам Замовника.

Увага!

Заповнена Учасником технічна специфікація у частині найменування товару та його технічних характеристик не повинна містити словосполучень ***«повинно бути», «має бути», «має відповідати», «не повинна перевищувати» «не більше», «не менше», «або еквівалент»*** *тощо.*

Учасник на етапі заповнення Технічної специфікації зазначає інформацію ***в стверджувальній формі. Для прикладу, Замовник зазначає, що «товар має бути сертифіковано», у такому випадку Учасник вказує - «товар сертифіковано» або «не сертифіковано». Якщо Замовник зазначає у технічних характеристиках «не менше», «не більше» - Учасник має вказати конкретний розмір, окрім випадків, коли такий вираз встановлено безпосередньо виробником, що підтверджується документами, наданими у тендерній пропозицій. У випадках наявності у технічній специфікації декількох можливих варіантів технічної характеристики, Учасник повинен чітко зазначити один варіант характеристики, яка відповідає запропонованому товару, окрім випадків, коли безпосередньо виробником встановлений діапазон значень (рівень похибки) певної характеристики, що підтверджується документами, наданими у тендерній пропозицій***

У РАЗІ НЕДОТРИМАННЯ ВКАЗАНОЇ ВИМОГИ ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА ПІДЛЯГАТИМЕ ВІДХИЛЕННЮ!!!!!